

生体情報モニタ保守点検業務委託仕様書

1 保守点検対象機器

生体情報モニタ 一式 別紙「機器一覧表」のとおり

2 契約期間及び履行場所

契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日

履行場所 神奈川県立循環器呼吸器病センター 手術室及びICU

3 業務内容

- (1) 契約期間中に、受注者は定期点検を1回行うこと。なお、定期点検実施日程については、発注者と受注者が協議の上決定すること。(定期点検対象機器は別紙1に記載のとおり。)
- (2) 点検は、メーカー指定の保守点検報告書に基づき実施すること。また、実施後は速やかに保守点検報告書を当センターに提出すること。
- (3) 修理対応時間において、保守対象機器に故障等が発生した場合には、受注者は、発注者からの連絡により直ちに委託業務の従事者を派遣し、迅速に修理を行うものとする。
なお、この場合の修理作業費（技術料、出張費等）及び修理交換部品代については、原則全て受注者の負担とする。
ただし、修理対応時間以外の修理作業費（技術料、出張費等）については発注者の負担とし、修理交換部品代については、原則全て受注者の負担とする。
- (4) 修理の際に、発注者の負担となる部品の交換、作業等が必要な場合は、受注者は、あらかじめ見積書を提出の上、発注者の同意を得てから作業を行うこと。
- (5) 別紙「機器一覧表」の（設置場所:手術室）に記載の※生体情報モニタ インテリビューMP30及び、※G5麻酔ガスマジュールについてはサポート期間が終了していることから保守対象品目に含めているが、契約期間中に部品の調達不可等で修理不能となった際には、受注者はその旨を発注者に報告の上で契約の一部変更等について別途協議することとする。

4 その他

- (1) 業務の実施にあたっては、医療法施行規則第9条の12の各条項を遵守し、適正、誠実に遂行すること。また、発注者から求められた場合は、医療法施行規則第9条の12の各条項を遵守していることの証明書類を提出すること。
- (2) 製造企業発行の代理店証明書及び保守体制や緊急時の連絡体制が分かるものを提出すること。ただし、製造企業の本店、支店及び営業所が受注者の場合は、代理店証明書の提出は不要。
- (3) 業務に際しては、患者の安全確保に細心の注意を払い、診療行為に支障がないよう配慮すること。
- (4) センターが公的医療機関として県民に適切な医療サービスを提供する施設であることを認識し、身だしなみ、言葉づかい等に十分注意すること。
- (5) 服装は、常に衛生的な服装を身につけ、名札を着用すること。
- (6) 本書に記載のない事項であっても、必要性が認められる場合には契約の範囲内で業務を実施すること。また、契約の範囲外については別途協議すること。

機器一覧表

機器一覧表に記載のあるものについては、アプリケーションサポート対応費及び修理時の代替機に関する費用、オンサイト修理作業費、修理部品費(標準部品)を含むこととする。

設置場所:手術室

修理対応時間:月～金(祝祭日を除く) 9:00～17:30

型番	名称	台数	定期点検
MX750	生体情報モニタ インタビュー-MX750	3	
X3	X3 マルチメジャメントサーバ	2	
M8002A	※生体情報モニタ インタビュー-MP30	1	
866173	G7m麻酔ガスモジュール	2	
M1019A	※G5麻酔ガスモジュール	4	
M3002A	X2 マルチメジャメントサーバ	5	
M3012A	ヘモダイナミックエクステンションサーバ	4	
M3014A	カプノグラフィエクステンションモジュール	1	
M2741A	サイドストリームセンサー	1	
-	インフォメーションセンター(セントラルステーション)	1	○

設置場所:ICU

修理対応時間:365日 9:00～17:30

型番	名称	台数	定期点検
MX800	生体情報モニタ インタビュー-MX800	9	
M3002A	X2 マルチメジャメントサーバ	9	
M3014A	カプノグラフィエクステンションモジュール	6	
M2741A	サイドストリームセンサー	6	
-	インフォメーションセンター(セントラルステーション)	1	○
-	データベースサーバ	1	○

※アプリケーショントレーニング、ソフトウェアリリース案内、ソフトウェアアップグレード、SWインストール作業費、ソフトウェアアップデート、テレフォンサポート、セントラルハードウェア更新(サポート終了時)を含む。

※下記製品も保守契約に含む

型番	名称
-	スレープディスプレイ
M8048A	フレキシブルモジュールサーバ
M1006	観血血圧モジュール
M1029A	体温モジュール
M1020B	SpO2モジュール
M1116B	レコーダモジュール
865115	IntelliBridge EC10 外部機器接続モジュール
M1014A	Spiroモジュール
M1034B	BIS モジュール(Bタイプ)
-	セントラルステーション用プリンタ