

仕様書

1 調達物品及び構成内容

気管支ビデオスコープ

(1) オリンパスマーケティング株式会社 BF-P290 1台

※現有機の回収含む。

2 納入場所・期限

納入場所 神奈川県立がんセンター（横浜市旭区中尾二丁目3番2号）内視鏡室

納入期限 令和7年3月28日（金）まで

3 技術的要件

既存のオリンパス製内視鏡光源装置（CV-290又はCV-1500）と接続できること。

4 保守点検体制

4-1 納入検査後1年以内に通常の使用により機器に発生した故障等は、無償で対応すること。

4-2 調達物品に必要な消耗品等について、本調達物品の法定耐用年数内における供給が確保されていること。

4-3 障害発生時に、迅速な修理ができる体制があること。

5 その他

5-1 調達物品の搬入は協議の上、当センターが指定した日時及び方法により行うこと。

5-2 搬入に当たっては当センターと協議の上、患者の安全及びプライバシーに十分に注意し作業すること。

5-3 調達物品が有効に稼働するために必要な調整について、納入者の負担により責任を持って行うこと。

5-4 調達物品を使用する者に対し、導入時に安全使用講習を行い、安全運用及び保守に必要な知識の説明及び指導を図ること。

5-5 操作マニュアルは日本語版を1台につき1部提供すること。