Ｘ線血管撮影診断装置　保守点検業務委託仕様書

１　目的

受注者は、本仕様書に基づき、発注者が設置したフィリップス社製Ｘ線血管撮影診断装置（Azurion7 B12/12）一式の保守点検業務を適切に行い、装置の機能を常に維持することを目的とする。

２　期間

令和８年10月１日から令和11年９月30日まで

３　保守点検対象機器

フィリップス社製Ｘ線血管撮影診断装置（Azurion7 B12/12）

４　保守の内容

別紙のとおり

５　その他

- 保守点検について、受注者が責任を持ち、短時間の対応ができるサービス拠点があること。
- 仕様書に明記されていない事項でも、保守管理上必要なものについて、事前に発注者と協議した後、滞りなく対応すること。
- 受注者は、業務を実施するにあたり、法令上、必要な許可を受けていること。
- 仕様書の表現を独自の判断で解釈することなく、疑義がある場合は、必ず発注者に確認すること。

PHILIPS

ご契約内容

Philips RightFit Primary Service Agreement 722067 Azurion 7 B12

契約内容詳細

契約プラン	**プライマリー**
契約開始日	2026年10月1日
契約終了日	2029年9月30日

契約装置

装置番号	納入場所	年間点検回数
84802887	3F カテ室 1	2

ライセンス数	装置名
1	Azurion 7 B12/12
1	ClarityIQ
1	Flex Vision XL with 2 LCD
1	Flexspot
1	Interventional Workspot Hardware

オプショナル部品

ライセンス数	部品名	内容
2	フラットディテクタ（正面／側面）	含まない
2	X線管球	含まない

サービス内容

標準部品（消耗部品除く）	含む
修理用作業費（出張費含む）	含む
点検用作業費（出張費含む）	含む
既存機能に対する技術変更	含む
フォーンサポート	含む
パーツ配送時間	優先
テクニカルリモートサービス	含む
修理対応時間	365日／24時間
点検対応時間	月-金（祝祭日除く）／9:00 - 17:30
オンサイトアプリケーションサポート	含む
リモートデスクトップサポート	含む

備考欄