

## 木製椅子の購入仕様書

1. 件名 木製椅子の購入
2. 数量 

(1) 一般病床用椅子	210脚
(2) 個室用椅子	8脚
3. 品名及び規格 別紙参照
4. 納入場所 神奈川県立循環器呼吸器病センター  
中央棟2、3階及び1南病棟1階  
横浜市金沢区富岡東六丁目16番1号
5. 納入期限 令和3年2月26日(金)  
物品の搬入及び設置は協議の上、発注者が指定した日時及び方法により決定すること。
6. その他
  - (1) 物品の搬入及び設置作業にあたっては、発注者と協議の上行うこと。
  - (2) 設置及び稼動にあたっては、安全面に十分配慮すると共に、病院業務に支障のないようにすること。また、発注者の負担は発生しないこと。
  - (3) 搬入及び据付に際し必要な養生を行うこと。  
また建物及び物品に損害を生じた場合は、速やかに発注者に報告し、納入業者が自己の責任と負担のもとに原状回復を行うこと。
  - (4) 搬入及び設置まで受注者が行うこととし、梱包資材等は受注者が処分すること。なお、その際に発生する費用は、受注者の負担とする。
  - (5) 組立品の場合は、組立にかかる費用は受注者が負担すること。
  - (6) 検収時に不良品があった場合は、受注者の負担で良品に交換すること。
  - (7) 仕様書の表現を独自の判断で解釈することなく、疑事がある場合は、必ず発注者に確認すること。
  - (8) 本作業について変更等が生じて、誠意を持って対応すること。
  - (9) その他不明点が生じた場合は、適宜発注者と協議し、指示を仰ぐこと。
  - (10) 今回の更新に際し、現使用品の廃棄は発生しない。

(1) 一般病床用椅子

1. 基本的要件

1-1 寸法 : W533mm×D490mm×H785(395)mm とし、幅・奥行の寸法は左記±5cm 以内とすること。

1-2 重量 : 5.6kg 以下であること。

1-3 色 : 上記数量すべての色を統一とする。詳細については、決定後に協議の上、決定すること。

1-4 背・座

1-4-1 清拭可能な材料であること。

(耐アルコール性、耐次亜塩素酸性であるとなお良い。)

1-4-2 背と座が一体化していないセパレート構造であること。

1-4-3 背面はウレタンフォームを使用していること。

1-4-4 座面はウレタンフォーム及びウェービングテープを使用したものであること。

1-4-5 背の上部に取っ手があり、椅子を持ち上げやすい構造であること。

1-5 脚 : 木製4本脚のものとする。各脚に滑り止めを付けること。

1-6 肘

1-6-1 脚部と同様に木製とする。

1-6-2 肘先端は円形で握りやすく安全性の高い構造であること。

1-7 その他

1-7-1 木製部はポリウレタン塗装を施していること。

1-7-2 スタッキング可能なこと。(2～4脚程度)

1-7-3 グリーン購入法適合商品であること。

2. 参考例示品 アイリスチトセ製 iris ELEN ELN-SN/SD

## (2) 個室用椅子

### 1. 基本的要件

- 1-1 寸法 : W538mm×D569mm×H800(SH420)mm とし、幅・奥行の寸法は左記±5cm 以内とすること。
- 1-2 重量 : 6.0kg 以下であること。
- 1-3 色 : 上記数量すべての色を統一とする。詳細については、決定後に協議の上、決定すること。
- 1-4 背・座
  - 1-4-1 清拭可能な材料であること。  
(耐アルコール性、耐次亜塩素酸性であるとなお良い。)
  - 1-4-2 背と座が一体化していないセパレート構造であること。
  - 1-4-3 背面はウレタンフォームを使用していること。
  - 1-4-4 座面はモールドウレタンを使用したものであること。
- 1-5 脚 : 木製4本脚のものとする。各脚に滑り止めを付けること。
- 1-6 肘
  - 1-6-1 脚部と同様に木製とする。
  - 1-6-2 7分肘形状で出入りのしやすい構造であること。
- 1-7 その他
  - 1-7-1 木製部はポリウレタン塗装を施していること。
  - 1-7-2 スタッキング可能なこと。(2～5脚程度)
  - 1-7-3 グリーン購入法適合商品であること。

### 2. 参考例示品 アイリスチトセ製 TENDER Premium TDP-HN/HD