

高压蒸気滅菌装置 一式

仕 様 書

令和2年 10月

神奈川県立がんセンター

1. 調達物品名及び構成内訳

【調達物品名】 高圧蒸気滅菌装置一式

2. 納入場所・期限

(1) 納入場所

神奈川県立がんセンター（横浜市旭区中尾二丁目3番2号）
病院棟 薬剤科

(2) 納入期限

令和3年2月28日

3. 技術的要件

1. 当該機器について以下の要件を満たすこと。

- 1.1 当該機器の設置場所は、壁埋め込み型である為、ステンレスパネルで仕切る、又はキャビネット対応することとし、キャビネット対応の際の外形寸法は、W900×D1000×H1850mm以内であること。
- 1.2 内法寸法はW500×D650×H500mm以上であること。
- 1.3 液体及びその容器の飽和蒸気による蒸気滅菌処理が可能であること。
- 1.4 滅菌行程終了後、高温の液体及びその容器を速やかに冷却降温させるための、シャワー冷却機構を有すること。
- 1.5 各行程のモニター表示機能及び打点式記録計を具備すること。
- 1.6 缶体材質はSUS-304L又は同等材質であり、圧力容器に使用する材質であること。
- 1.7 扉の開閉は扉昇降モーターによるクラッチ爪自動かみ合わせ又は上下自動昇降扉とし、停電時の緊急対応として、缶体内に圧力がない場合に限り付属の工具により扉の手動開放が行えること。
- 1.8 サンプルボトルの温度が冷却完了温度にならないと扉が開かない機能を有すること。
- 1.9 最高使用圧力は 2.0 kg/cm²以上であること。
- 1.10 蒸気の汚れが被滅菌物に付着しないよう、専用の蒸気フィルターを有すること。
- 1.11 滅菌プログラムは滅菌条件を自由に選択できるフリープログラムを有すること。

2. その他

- 2.1 納入後1年以内に、通常の使用により機器が故障した場合、無償で保証すること。
- 2.2 当該機器に必要な消耗品及び故障時の物品について供給が確保されていること。
- 2.3 機器故障に対して速やかに対応できるサービス体制を有すること。
- 2.4 当該機器の定期的な点検、調整、修繕等の故障要望保守が行える体制を有すること。
- 2.5 既存機器の撤去・廃棄及び当該機器の搬入については、当施設職員の指示により落札者の責任で行うこと。
- 2.6 当該機器の設置、稼働の為に必要となる作業(電源工事、給排水工事等)は、落札者の責任により行うこと。
- 2.7 当該機器の搬入、据付、配管、配線、調整及び現有機器の撤去搬出などは、その具体的な期間を含め、事前に計画書を提出した上で当院職員との打合せを行い実施すること。
- 2.8 設置にあたっては、当院の設置条件に照らし合わせて、電気(分電盤)容量、建築基準、消防法等関連法規に抵触しないよう予め確認し、対策を講じること。
- 2.9 器物及び建築物を破損した場合、落札業者の負担にて原状回復を行うこと。