

仕様書

1. 調達物品および構成内訳

(品名) 全身照射用固定ベッド

※搬入・据付及び既存機器の撤去を含む。

(構成内訳)

1 全身照射用固定ベッド 1台

2. 納入場所・期限

(1) 納入場所

神奈川県立がんセンター (横浜市旭区中尾二丁目3番2号)

病院棟 地下1階 放射線治療室

(2) 納入期限

令和5年2月28日

3. 技術的要件

全身照射用固定ベッドは、以下の要件を満たすこと。

3-1 Long SSD法で照射できる構造であること。

3-2 寝台の頭側及び足側はアクリル又は木製の構造物で囲われていること。また左右体側はアクリル製の着脱式拡散板で囲うことができること。

3-3 寝台部分は外寸で幅700mm以上、長さ1,900mm以上であること。

3-4 ベッド座面は昇降できること。ストロークは、降下時で地面から690mm以下、上昇時で1,200mm以上の範囲で可動できること。

3-5 電動昇降式であること。

3-6 眼球遮蔽ブロック、膝乗せクッション、専用マットレス、線量計ホルダー、ポーラス枕を有すること。

3-7 L-G撮影用のCRカセット保持台(半切から大角対応)が拡散板の外側に任意の場所につけられること。

3-8 肺の線量を減弱させるためのポーラスを設置する為にベッドフレームに、指定した位置で設置できる600mm x 300mmの専用ポーラス台を有すること。

3-9 点滴台を設置していること。

4. その他

- 1 正常な使用状態のもとで保証期間内（1年間）に故障した場合は、無償で修理すること。
- 2 本物品に必要な消耗品及び故障時等の物品について納入後8年間の供給が確保されていること。
- 3 障害時において、復旧のために迅速に対応が出来ること。