

## 超音波診断装置 保守点検業務委託 仕様書

### 1 目的

受注者は本仕様書に基づき、超音波診断装置/超音波ワークステーションの保守点検を適切に行い、装置の機能を適正に維持する。

### 2 対象機器および設置場所

VividE95、ViewPa16 各1式

2F 生理検査室

### 3 対象期間

令和6年4月1日～令和7年3月31日

### 4 点検の回数

期間中スポット点検1回。発注者の指定する日に実施する。

### 5 緊急対応

障害発生時には電話受付が可能であること。

### 6 費用負担

次の費用は受注者の負担とし、記載のない費用は発注者の負担とする。

定期保守点検の出張作業費（但し平日9時～18時に限る）

### 7 作業への協力および提供

保守点検業務にあたり発注者は作業場所への立入保証、スペース確保、適切な作業時間の提供について協力するとともに、作業に要する照明、空調、電源施設等を提供するものとする。

### 8 作業報告書の提出

受注者は点検作業終了後、速やかに点検結果報告書を発注者に提出する。

### 9 その他

本仕様書に疑義および定めのない事項については、双方協議の上で定めるものとする。

## 閉鎖循環式麻酔システム 保守点検業務委託 仕様書

### 1 目的

受注者は、本仕様書に基づき、閉鎖循環式麻酔システムの保守点検を適切に行い、装置の機能を常に適正に維持する。

### 2 対象機器および設置場所

- (1) 閉鎖循環式麻酔システム Carestation650 1式  
3階手術室
- (2) 閉鎖循環式麻酔システム Aestiva7900 5式  
周産期棟 2階分娩手術室 1式  
周産期棟 3階手術室 No3、No5、No6、No7 各1式

### 3 対象期間

- 1) Carestation650 1式

令和6年4月1日～令和7年3月31日

- 2) Aestiva7900 5式

令和6年4月1日～令和7年3月31日

※GE側にて修理部品の在庫が無くなった場合はその月迄の契約とする。

### 4 定期保守点検の回数

Carestation650	1式	GEPM Offering Advantage+Care	年1回点検
Aestiva7900	5式	GEPM Offering Advantage+Care	年2回点検

上記を発注者の指定する日に実施する。

### 5 緊急対応

障害発生時には平日・土日・祝日を問わず 24 時間電話受付が可能であること。また、発注者の要請に基づき、受注者はすみやかに技術員を派遣し修理調整を行うこと。

### 6 費用負担

次の費用は受注者の負担とし、記載のない費用は発注者の負担とする。

- (1) 定期保守点検の出張作業費（但し平日9時～22時に限る）・定期交換部品代およびオフセットフローセンサー、O2センサーの費用
- (2) 平日9時～18時までの電話による修理対応（復旧のための電話による助言）

- (3) 平日9時～18時までの電話による操作指導サポート
- (4) 平日9時～22時および土曜日9～18時に行われる緊急修理の出張作業費および緊急修理時の部品代

#### 7 作業への協力および提供

保守点検業務にあたり発注者は作業場所への立入保証、スペース確保、適切な作業時間の提供について協力するとともに、作業に要する照明、空調、電源施設等を提供するものとする。

#### 8 作業報告書の提出

受注者は点検作業終了後、速やかに点検結果報告書を発注者に提出する。

#### 9 契約の対象外

次に掲げる項目は本契約による保守対象外とし、有償により修理調整を行うものとする。

- (1) 発注者の誤操作または取扱不注意に起因する故障
- (2) 取扱説明書に記載の注意事項、環境条件、取扱説明書を著しく逸脱した使用に起因する故障
- (3) 受注者の指定以外の保守部品、消耗品および付属機器の使用に起因する故障
- (4) 受注者の承諾なしに受注者の技術以外によって行われた修理、改造、または移転に起因する故障
- (5) 天災地変等不可抗力による故障

#### 10 その他

本仕様書に疑義および定めのない事項については、双方協議の上で定めるものとする。