

# 令和6年度 神奈川県立こども医療センター

## 医療機器保守管理等業務委託（臨床工学科分）仕様書

### 1 委託場所

神奈川県立こども医療センター臨床工学科 MEセンター

### 2 委託期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで。

なお、土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始（12月29日～1月3日まで）は、業務は要しないものとする

### 3 作業人員

※2名体制（うち現場責任技術者1名）とし、受注者は特定保守管理医療機器の第一区分、第二区分、第三区分、第四区分、第五区分、第六区分、第七区分、第八区分、及び特定保守管理医療機器以外の第一区分、第二区分、第三区分、第四区分、第五区分、第六区分、第七区分、第八区分、第九区分の修理業許可を得ていること。現場責任技術者は、機器管理業務に精通し修理業責任技術者基礎講習を修了していること。

※週5日勤務がある週について、1名（現場責任技術者）は週5日、もう1名は週4日勤務。

### 4 委託時間

平日の8時30分から17時15分まで。

但し、GW等の長期休日などは病院側と別途協議すること。

### 5 業務範囲

#### 1) 業務対象機器

業務対象機器は下記の定期点検対象機器リストの機器とする。  
追加等ある場合はその都度協議する。

#### 2) 定期点検業務

点検業務対象機器は、以下のとおりとする。  
（台数は更新等により若干の変動あり）

### 業務対象機器リスト（定期点検対象機器）

機種名	型番	メーカー	台数	回数/年
輸液ポンプ	TE-161S	テルモ	169 台	1 回
	TE-171A	テルモ	14 台	1 回
	TE-281N	テルモ	96 台	1 回
シリンジポンプ	TE-351	テルモ	304 台	1 回
	TE-381	テルモ	150 台	1 回
	SP-120	JMS	46 台	1 回
人工呼吸器	VN500	ドレーゲル	8 台	1 回
	V300	ドレーゲル	1 台	1 回
	Servo n	フクダ電子	8 台	1 回
除細動器	TEC-5521	日本光電	7 台	2 回
	TEC-5531	日本光電	4 台	2 回
	TEC-5631	日本光電	1 台	2 回
心電計	ECG-2550	日本光電	2 台	1 回
自動体外式除細動器 (AED)	AED3100	日本光電	10 台	1 回
	AED2152	日本光電	1 台	1 回
PCAポンプ	CADD Legacy 21-6300-09	スミス	15 台	1 回

#### 3) その他

日常点検や、機器の修理、ME 機器管理システムへの機器登録等は定期点検対象機器の点検をしていないとき、臨床工学科と協議し、委託時間の範囲内で随時行うこと。

#### 4) 報告

業務日報等の提出 ※協議のうえ定めること。

### 6. 負担区分

#### 1) 発注者負担

- ・医療機器保守管理業務委託を行ううえで点検などに必要な消耗品、光熱水費
- ・医療機器保守管理業務委託を行ううえで必要な既設運用備品
- ・ロッカー（用意できない場合は別途協議とする）

## 2) 受注者負担

- ・作業を行う上で必要な工具類及びユニフォーム

## 7 守秘義務

受注者は、発注者が保有する個人情報（患者及び職員）の適切な管理を行うとともに、業務上知り得た業務の内容及び個人情報に関する秘密を第三者に漏らしてはならない。また、従事者についてもこれを厳守させるものとし、契約終了後及び契約解除後も同様とする。

## 8 その他

本仕様書に明記のない事項等及び疑義が生じた場合は発注者側と受注者側の現場責任技術者で協議し、合意の上決定するものとする。