

## 血管内光干渉断層画像診断装置のレンタル仕様書

### A 賃貸借物品名及び構成内訳

(件名)

血管内光干渉断層画像診断装置のレンタル

(品名)

血管内光干渉断層画像診断装置 一式

(製造会社及び型式・規格)

St. Jude Medical(株) SJM FD-OCT イメージングシステム

(内訳)

・血管内光干渉断層画像診断装置本体	1台
・テーブルサイドコントローラー	1台
・駆動モーター装置および光学制御装置	1台
・FFR/RFR 測定用 Wi-Box システム	1台
・OCT 接続ボックス	1台

(その他)

- ・装置の搬入・据付・調整及び接続作業等を含む。

### B 設置場所・契約期間

神奈川県立循環器呼吸器病センター第二検査診療棟3階カテーテル室

令和6年4月1日～令和7年3月31日

### C 基本的要件

1. 当センターにおいて、業務に滞りなく使用可能であること。
2. 調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は、下記Dに示すとおりとする。
3. 搬入・据付条件
  - (1) 搬入及び設置作業にあたっては、発注者と協議の上行うこと。
  - (2) 搬入にあたっては、患者の安全及びプライバシーに十分注意し作業を行うこと。
  - (3) 本システムが有効に稼働するために必要な工事（搬入及び据付工事、電源工事等）については、受注者の負担で行うこと。
  - (4) 搬入・据付に際し、必要な養生を行うこと。また、建物及び物品に損害が生じた場合は、受注者が自己の責任と負担のもとに原状回復を行うこと。
4. システムの調整及び稼働準備
  - (1) 本システムが有効に稼働するために必要な調整（関係する装置・メーカー等との接続も含む）について、受注者の負担により、責任を持って行うこと。

- (2) 本システムは導入後においても、システムの最新バージョンが維持されること。  
また、常に安定した稼働が確保されていること。

#### 5. 保守点検体制

- (1) 本物品に必要な消耗品及び故障時等の物品について供給が確保されていること。
- (2) 障害時においては復旧のために連絡を受けてから迅速に対応できる態勢であること。また、必要に応じて代替機を手配できること。

#### D その他

- 1. 入札機器のうち医療機器については、入札時点で医薬品医療機器等法に基づく医療機器の承認を得ている物品であること。
- 2. 月額レンタル方式の賃貸借とし、上記装置を設置場所に貸し出すこと。
- 3. 賃借料は落札金額を12等分した金額を月額とする。また、賃借料には機器保守メンテナンス等（システムのバージョンアップや付帯する備品の更新等）の運用費用を含むこと。
- 4. 製造会社及び型式・規格等を把握するため、受注者は発注者の求めに応じて、物件の明細を発注者へ提出すること。
- 5. 本仕様書に明記されていない事項でも、技術上、機能上又は保守管理上必要なものが発生した場合は、事前に当院と協議した後に滞りなく具備すること。
- 6. 本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合には、発注者受注者が協議の上、決定すること。